

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
про виконання рішення Рахункової палати від 17.12.2024
№ 56-2 “Про розгляд Звіту про результати аудиту відповідності на тему
“Здійснення Міністерством охорони здоров’я України закупівель
високовартісного обладнання для покращення якості медичної допомоги
та діагностики громадян України” об’єктом контролю

У межах моніторингу виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 17.12.2024 № 56-2 до Звіту про результати аудиту відповідності на тему “Здійснення Міністерством охорони здоров’я України закупівель високовартісного обладнання для покращення якості медичної допомоги та діагностики громадян України”, повідомляємо.

Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ, Міністерство) на додаток до раніше наданої інформації (листи від 14.01.2025 № 13-01/1574/2-25, від 29.01.2025 № 13-04/3567/2-25, від 11.02.2025 № 13-02/5033/2-25, від 07.03.2025 № 13-02/7936/2-25, від 26.03.2025 № 13-04/9906/2-25, від 30.04.2025 № 13-04/14030/2-25 та від 02.07.2025 № 13-04/21312/2-25) поінформувало про стан реалізації двох невиконаних у визначений строк до 01.03.2025 рекомендацій (лист від 12.08.2025 № 13-04/25336/2-25).

Міністерство підтвердило виконання рекомендації щодо визначення особливостей розподілу медичного обладнання та критеріїв, з урахуванням яких здійснюватиметься розподіл медичного обладнання закладам охорони здоров’я. МОЗ наведено, як приклад, особливості розподілу чотирьох найменувань медичного обладнання (магнітно-резонансні томографи, системи лінійного прискорювача, ультразвукові діагностичні системи, мобільні рентген-апарати), що придбавалося у 2024–2025 роках.

Реалізацію ще однієї невиконаної своєчасно рекомендації щодо здійснення аналізу причини довготривалого невстановлення та невведення в експлуатацію високовартісного медичного обладнання та ухвалення ефективних управлінських рішень не завершено.

На виконання цієї рекомендації МОЗ (на засіданні групи працівників, створеної для реалізації рекомендацій Рахункової палати, від 21.02.2025 № 21/02/2025) запровадило щомісячне звітування державним підприємством “Медичні закупівлі України” (далі – Підприємство) про стан введення в експлуатацію обладнання з аналізом причин невстановлення та невведення в експлуатацію для ухвалення рішень, зокрема щодо можливого перерозподілу обладнання до інших регіонів.

Станом на 01.08.2025, згідно зі звітом Підприємства щодо стану введення в експлуатацію обладнання, частина високовартісного медичного обладнання досі не введена в експлуатацію.

За поясненням Міністерства, з огляду на звіти Підприємства та проведені наради зі структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних



державних (військових) адміністрацій і закладів охорони здоров'я, здебільшого існують об'єктивні причини невстановлення та невведення в експлуатацію високовартісного медичного обладнання, зокрема:

тривалий процес підготовки та отримання дозвільної документації від органів державного нагляду та контролю, зокрема Державної інспекції ядерного регулювання України, для використання обладнання з іонізуючим випромінюванням;

недостатня кількість кваліфікованих сервісних інженерів у постачальників обладнання для одночасного монтажу значної кількості одиниць обладнання, що обумовлено воєнним станом;

недостатня готовність інфраструктури закладів охорони здоров'я, зокрема затримки у завершенні будівельно-монтажних робіт, що є зоною відповідальності органів місцевого самоврядування або безпосередньо закладів охорони здоров'я.

Оцінивши надану інформацію та документи, що підтверджують виконання рекомендацій, Рахункова палата дійшла висновку: із 6 рекомендацій МОЗ виконано 5 та продовжується виконання 1 рекомендації.

Рахункова палата продовжуватиме здійснювати моніторинг і аналіз стану виконання рекомендацій та інформуватиме суспільство про стан їх реалізації.

Голова Рахункової палати

Ольга ПІЩАНСЬКА

