

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
про виконання рішення Рахункової палати від 17.12.2024
№ 56-2 “Про розгляд Звіту про результати аудиту відповідності на тему
“Здійснення Міністерством охорони здоров’я України закупівель
високовартісного обладнання для покращення якості медичної допомоги
та діагностики громадян України” об’єктом контролю

У межах моніторингу виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 17.12.2024 № 56-2 до Звіту про результати аудиту відповідності на тему “Здійснення Міністерством охорони здоров’я України закупівель високовартісного обладнання для покращення якості медичної допомоги та діагностики громадян України”, повідомляємо.

Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ) на додаток до раніше наданої інформації листом від 23.09.2025 № 13-04/30047/2-25 поінформувало про стан реалізації невиконаної у визначений строк (до 01.03.2025) рекомендації щодо здійснення аналізу причини довготривалого невстановлення та невведення в експлуатацію високовартісного медичного обладнання та ухвалення ефективних управлінських рішень.

За даними МОЗ, станом на 01.09.2025 із 28 магнітно-резонансних томографів (МРТ), закуплених за кошти Державного бюджету України на 2023 рік, закладами охорони здоров’я введено в експлуатацію 24 одиниці. У процесі введення в експлуатацію знаходяться ще два МРТ (заклади охорони здоров’я Львівської та Тернопільської областей). Один МРТ у Львівській області не введено в експлуатацію у зв’язку з незавершеними ремонтними роботами у приміщенні, де планується його встановлення. Ще один МРТ, розміщений у закладі охорони здоров’я Харківської області, пошкоджений внаслідок терористичного акту, скоєного РФ.

Із 15 поставлених до закладів охорони здоров’я систем лінійних прискорювачів введено в експлуатацію 7 одиниць, ще 7 – перебувають у процесі введення в експлуатацію (у закладах охорони здоров’я Волинської, Полтавської, Хмельницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської областей та міста Києва). Введення в експлуатацію однієї системи у закладі охорони здоров’я Сумської області тимчасово призупинено через безпекову ситуацію в регіоні.

З урахуванням об’єктивних причин невведення в експлуатацію медичного обладнання, наказом МОЗ від 15.09.2025 № 333-Адм внесено зміни до Плану заходів реагування на рішення Рахункової палати від 17.12.2024 № 56-2 (затверджений наказом МОЗ від 10.01.2025 № 9-Адм). Термін виконання рекомендації щодо здійснення аналізу причини довготривалого невстановлення та невведення в експлуатацію високовартісного медичного обладнання та ухвалення ефективних управлінських рішень продовжено до грудня 2025 року.



Рахункова палата і надалі здійснюватиме постійний моніторинг і аналіз стану виконання рекомендацій (пропозицій) та інформуватиме суспільство про їх реалізацію.

Голова Рахункової палати

Ольга ПІЩАНСЬКА



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
05-41/2 від 08.10.2025 16:49
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000445438008FCED800
Підписувач Піщанська Ольга Станіславівна
Дійсний з 11.09.2024 0:00:00 по 10.09.2026 23:59:59